Calibration of H₂O₂ transmitter or portable probe through the use of physical and chemical properties of H₂O₂

Étalonnage de transmetteur ou sonde portable H₂O₂ par l'utilisation des propriétés physico-chimiques de l'H₂O₂

Auteur GUERRIN Fabien, BOREL Robert et SERRE Frédéric

ARECO, 114 chemin de Saint Marc 06130 Grasse, France
VIRBAC, 13^{ième} rue LID BP27 06511 Carros Cedex, France

Abstract. Decontamination of clean rooms and air treatment systems does not occur anymore in the pharmaceutical industry with formaldehyde, but with hydrogen peroxide or hydrogen peroxide plus adjuvants. Monitoring systems for biocide generation occurs through specific sensors tolerating these concentrated gases. This article describes a simple and reproducible method of calibration for this type of sensors, based on the calculation of the partial pressure of the H₂O₂ gas above a solution of H₂O₂ liquid for a known concentration at a known temperature. The developed method reduces the calibration uncertainty over current techniques used in industry.

1. Introduction

Pour la décontamination des installations industrielles, le biocide actuellement utilisé est du peroxyde d'hydrogène H₂O₂ ou un mélange de H₂O₂ et d'adjuvant. Les fournisseurs des sondes de mesure H₂O₂ étalonnent celles-ci, la plupart du temps, avec du SO₂. L'étalonnage dans ces conditions de ces sondes ne correspond pas à leur environnement d'utilisation, qui est un milieu gazeux légèrement différent.

En collaboration avec la société ARECO, VIRBAC a mis au point une méthode d'étalonnage avec l'utilisation des propriétés physico chimiques des solvants polaires. Cette méthode est développée afin de diminuer des erreurs d'environ 40% engendrées avec un étalonnage au dioxyde de soufre SO₂.

Une première méthode simple et accessible est présentée, puis une amélioration est proposée afin de prendre en compte des problèmes de sécurité des personnes vis-à-vis des émanations possibles de vapeurs.

2. Instruments étalonnés

Deux types d'instruments ont été étalonnés :

- un transmetteur DRÄGER, type Polytron 7000, possédant une gamme 80 à 1000 ppm avec une sortie 4-20 mA. Les données fournisseur nous renseignent de :
 - . Exactitude : ±30%
 - . Reproductibilité : ±5% de la mesure
 - . Linéarité : ±4% de la mesure

- un portable ATI, type C16 Porta sens 2, possédant une gamme 0 à 10 ppm ou 0 à 100 ppm, avec un indicateur digital de résolution 0,1 ppm. Les données fournisseur nous renseignent de :
 - . Exactitude : ±5% de la mesure
 - . Répétabilité : ±1% de l'échelle
 - . Sensibilité : 1% de l'échelle

3. Définitions

Pression partielle gaz : Dans un mélange de gaz parfait, la pression totale est la somme des pressions partielles des constituants du mélange (relation de DALTON) et les pressions partielles des constituants du mélange sont dans le rapport des fractions molaires. En considérant le H₂O₂ comme le mélange d'oxygène et de vapeur d'eau et en supposant que ces deux gaz suivent le comportement d'un gaz parfait, on peut écrire que la pression totale du H₂O₂ est la somme de la pression partielle de la vapeur d'eau et de la pression partielle de l'oxygène.

Pression de vapeur saturante : valeur maximale que peut atteindre la pression partielle de la vapeur à une température donnée, au-delà de cette valeur, il y a condensation.

4. Principe et méthode d'étalonnage

4.1 Principe

Dans un système chimique à deux constituants, on réalise l'équilibre entre les phases, solution liquide - vapeur gaz, c'est à dire que la pression partielle de la vapeur au-dessus de la surface du liquide ne dépend théoriquement que de la température.

f.guerrin@areco.fr – robert.borel@virbac.com – frederic.serre@virbac.com

L'élévation de la température favorise la décomposition du peroxyde d'hydrogène. On peut admettre que la vitesse de décomposition du peroxyde d'hydrogène est deux fois plus élevée chaque fois que la température augmente de 10 °C (loi d'Arrhénius). En outre, en raison du caractère exothermique de cette réaction, la vitesse de décomposition du peroxyde d'hydrogène s'auto-accélère.

4.2 Méthode

Cette méthode est basée sur le calcul de la pression partielle d' H_2O_2 gaz au-dessus d'une solution d' H_2O_2 liquide, de titre connu à une température connue. Ces valeurs de concentration sont données dans une table de pressions de vapeur saturantes du H_2O_2 (voir tables 1 et 2).

Deux solutions aqueuses de H_2O_2 avec une concentration en volume à 30% type Technical ou une concentration en volume à 3% type GPR Rectapur stabilisée avec des phosphates, ont été utilisées en fonction des gammes de mesures des deux instruments.

La concentration en H_2O_2 est déterminée par un titrage de la solution avant et après l'étalonnage suivant la Pharmacopée européenne n°01/2008:0395 et n°01/2008:0396.

La solution de 100 mg est versée dans un récipient, le capteur est positionné au-dessus de la solution, deux sondes de température, une dans le liquide, l'autre dans le gaz de la solution permettent de vérifier la mise en régime établi du système. Un couvercle assure l'étanchéité du récipient afin d'éliminer l'évaporation externe du gaz par rapport au système d'étalonnage. Afin d'assurer la stabilisation thermique du système, l'ensemble comprenant le récipient fermé muni de la sonde H_2O_2 et des deux sondes de température est placé dans une enceinte thermostatique. Une stabilisation de 8 heures du système s'opère avant le mesurage.

4.2 Table concentration H_2O_2

H_2O_2 (%)	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
0	0	0	0	0
5	9	13	20	29
10	20	30	44	64
15	33	50	73	106
20	49	74	109	158
25	69	104	152	221
30	94	140	205	296
40	158	234	343	494
50	249	369	537	771
60	375	553	802	1147
70	542	796	1151	1640
80	749	1097	1581	2245
90	984	1438	2069	2938
100	1223	1786	2568	3643

Table 1 : Nombre de ppm de H_2O_2 en suspension dans l'air en fonction du pourcentage de la solution de H_2O_2 et de la température de 15 °C à 30 °C

H_2O_2 (%)	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
0	0	0	0	0
5	41	59	82	114
10	91	130	181	251
15	152	216	301	417
20	226	320	446	615
25	315	445	619	853
30	422	594	827	1136
40	701	984	1364	1868
50	1091	1525	2107	2877
60	1620	2257	3108	4230
70	2308	3207	4403	5977
80	3155	4373	5989	8111
90	4166	5695	7788	10530
100	5101	7053	9639	13035

Table 2 : Nombre de ppm de H_2O_2 en suspension dans l'air en fonction du pourcentage de la solution de H_2O_2 et de la température de 35 °C à 50 °C

Graphie 1. Courbes ppm H_2O_2 en fonction de la concentration et de la température

5. Schéma de l'installation

Figure 1. Etalonnage du transmetteur

Le capteur de l'instrument est placé directement dans le gaz au-dessus de la solution liquide ; à l'équilibre, on compare la valeur indiquée par l'instrument à étalonner à la valeur théorique donnée par la table

Figure 2. Photo montage Transmetteur

Figure 3. Etalonnage du portable

L'instrument est placé dans l'enceinte thermostatique, son aspiration s'effectue dans le gaz au-dessus de la solution, son refoulement retourne dans le récipient ; à l'équilibre, la pompe est mise en fonctionnement, puis on compare la valeur indiquée par l'instrument à étalonner à la valeur théorique donnée par la table.

Figure 4. Photo montage Portable

6. Réalisation pratique

Bien que la mise en œuvre soit relativement simple, un certain nombre de précautions sont nécessaires pour obtenir des résultats corrects :

Choix du récipient :

Utiliser un matériau non hygroscopique et résistant à la corrosion. La forme doit être simple pour permettre une bonne homogénéisation du gaz au-dessus du liquide. Pour la même raison, le volume doit être restreint, généralement inférieur à un litre. Un récipient cylindrique est préférable permettant un nettoyage aisé. Les premiers essais ont été réalisés avec un cristalliseur de 0,5 litre ayant un diamètre de 115 mm, les suivants ont été réalisés avec un récipient en inox 316L d'un volume de 0,18 litre ayant un diamètre de 60 mm et les derniers avec un flacon verre opaque de 0,08 litre ayant un diamètre de 50 mm. Le choix pour le récipient inox a été dicté par une difficulté à vidanger le cristalliseur sans émettre de vapeur de H_2O_2 dans l'atmosphère et par des projections possibles lors du rinçage à l'eau. Le récipient inox est muni d'un tuyau d'entrée d'alimentation d'eau et de sortie de vidange. Le choix du flacon verre opaque permet un positionnement direct sur la sonde et une mise au rebut après utilisation.

Figure 5. Photo flacon verre

Stockage : Le peroxyde d'hydrogène et ces solutions aqueuses sont généralement stockés dans des récipients en aluminium (qui doit être d'une pureté

égale ou supérieure à 99,5%) ou en acier inoxydable. Certaines matières plastiques sont compatibles avec le H_2O_2 (<50%) :

- ✓ le polyéthylène : il existe le polyéthylène basse densité (PEBD) dit aussi linéaire, ou le polyéthylène haute densité (PEHD,
- ✓ le polychlorure de vinyle (PVC) : plutôt fretté polyester,
- ✓ le Téflon ou polytétrafluoroéthylène (PTFE) : polymère vinylique, sa structure (mais pas son comportement) est aussi similaire à celle du polyéthylène.

Nota : des orifices de respiration doivent munir les récipients.

- ✓ Le verre teinté peut être utilisé pour de petits volumes.

Choix de la concentration :

- ✓ Une solution à 30% a été utilisée pour l'étalonnage des transmetteurs, afin d'obtenir des concentrations de 94 ppm à 15°C, 205 ppm à 25°C, 422 ppm à 35°C et 827 ppm à 45°C.
- ✓ Une solution à 3% a été utilisée pour l'étalonnage des portables, afin d'obtenir des concentrations de 5 ppm à 15°C, 11 ppm à 25°C, 17 ppm à 30°C.

Manipulation :

- ✓ Porter un appareil de protection des yeux. Éviter tout contact avec la peau.
- ✓ Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié.
- ✓ Éviter le port de verres de contact lors de la manipulation du produit.
- ✓ Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence

Réalisation d'une solution à 0,4% par dilution d'une solution à 3% :

L'étalonnage du portable nécessite de descendre en dessous 5 ppm afin de vérifier sa justesse dans la gamme la plus utilisée 1 à 5 ppm. Une dilution a donc été effectuée à partir d'une solution 3%, puis un titrage de la nouvelle solution afin de cerner au mieux sa valeur. Cette solution à 0,4% permet d'obtenir des concentrations de 2 ppm à 25°C et 5 ppm à 40°C.

Environnement :

Lorsque le récipient est placé sans protection dans l'atmosphère ambiante d'un local, les fluctuations de température de celui-ci peuvent rapidement perturber l'équilibre de la solution. Pour éviter cet inconvénient, il est conseillé de placer le récipient contenant la solution H_2O_2 dans un volume tampon contenant de l'eau, ou d'utiliser une enceinte isolante, en l'installant de préférence dans un local climatisé ou une enceinte thermostatique.

Afin de maîtriser au mieux l'étalonnage le choix de l'enceinte thermostatique a été préconisé.

7. Essais

7.1 Transmetteur M124 sur récipient verre 500 ml

Température solution (°C)	Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue sur l'appareil contrôlé (ppm)	Ecart (lue - théorique) en ppm	Incertitude (k=2) (ppm)	% erreur par rapport à la valeur théorique
Ambiante	0	0	0	3	0
15,6	99	60	-39	10	-39,4
24,8	202	120	-82	16	-40,7
35,1	422	250	-172	31	-40,8
45,3	845	445	-400	58	-47,3

Table 3 : Résultats du transmetteur sur récipient verre

En ce qui concerne l'incertitude d'étalonnage, les valeurs calculées peuvent être corroborées par rapport aux exemples donnés dans le paragraphe 8.

Graph 2. Ecart de concentration par rapport à la théorique, transmetteur sur récipient verre

7.2 Transmetteur M134 sur récipient inox 180 ml

Température solution (°C)	Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue sur l'appareil contrôlé (ppm)	Ecart (lue - théorique) en ppm	Incertitude (k=2) (ppm)	% erreur par rapport à la valeur théorique
Ambiante	0	0	0	3	0
14,7	78	75	-3	9	-3,8
24,9	171	155	-16	14	-9,4
35,3	352	340	-12	25	-3,4
45,1	694	570	-124	47	-17,9

Table 4 : Résultats du transmetteur sur récipient inox

Graph 3. Ecart de concentration par rapport à la théorique, transmetteur sur récipient inox

7.3 Analyse résultats des essais 7.1 et 7.2

Les transmetteurs M124 et M134 étaient installés avant les essais sur les gaines des centrales de traitement d'air de certaines ZAC.

Le transmetteur M124 avait été préalablement étalonné avec du SO₂. Les résultats sur le transmetteur M124 nous indiquent que nous avons en moyenne 40% de décalage de la valeur lue par rapport à la valeur théorique. Ceci n'est pas dû à une dérive de l'appareil, mais à une meilleure maîtrise de l'étalonnage en utilisant le H₂O₂ comme solution étalon à la place du SO₂.

Le transmetteur M134 avait été préalablement étalonné avec du H₂O₂ par un laboratoire externe. Lors des essais par rapport au transmetteur M124, nous avons changé le contenant en utilisant un matériau inox, afin de diminuer le volume et pouvoir le vidanger plus facilement le H₂O₂. Les résultats sont plus proches de la valeur théorique.

7.4 Portable sur récipient verre 500 ml

Température solution (°C)	Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue sur l'appareil contrôlé (ppm)	Ecart (lue - théorique) en ppm	Incertitude (k=2) (ppm)	% erreur par rapport à la valeur théorique
Ambiante	0	0	0,0	0,1	0
15,3	5	6,1	1,5	1,2	32,0
25,3	10	13,4	3,2	1,3	32,0

Table 5 : Résultats du portable sur récipient verre

Graph 4. Ecart de concentration par rapport à la théorique, portable sur récipient verre

7.5 Portable sur récipient inox 180 ml

Température solution (°C)	Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue sur l'appareil contrôlé (ppm)	Ecart (lue - théorique) en ppm	Incertitude (k=2) (ppm)	% erreur par rapport à la valeur théorique
Ambiante	0	0	0,0	0,1	0
25,0	2	1,1	-0,6	1,2	-34,1
40,0	5	3	-1,7	1,2	-36,6
15,1	6	5,4	-0,4	1,2	-6,9
24,9	13	12	-0,8	1,3	-5,9

Table 6 : Résultats du portable sur récipient inox

Graph 5. Ecart de concentration par rapport à la théorique, portable sur récipient inox

7.6 Portable sur récipient inox 180 ml, essai de répétabilité

Température solution (°C)	Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue sur l'appareil contrôlé (ppm)	Ecart (lue - théorique) en ppm	Incertitude (k=2) (ppm)	% erreur par rapport à la valeur théorique
Ambiante	0	0	0,0	0,1	0
25,0	2	1,1	-0,6	1,2	-34,9
40,0	5	3	-1,8	1,2	-37,9
15,1	6	4,9	-0,9	1,2	-15,5
24,9	13	12	-0,8	1,3	-5,9

Table 7 : Résultats du portable sur récipient inox, essai répétabilité

Graph 6. Ecart de concentration par rapport à la théorique, portable sur récipient inox, essai répétabilité

7.7 Analyse résultats des essais 7.4 et 7.5 et 7.6

Les résultats des essais 7.4 et 7.5 nous alertent sur un problème de catalyse de la solution avec le contenant inox, les valeurs étant minorés sur le matériau inox par rapport au matériau verre, ce problème semble provenir probablement de la soudure du fond du contenant.

En ce qui concerne la répétabilité effectuée entre les essais 7.5 et 7.6 pendant une période différente, le critère d'acceptation de la méthode est vérifiée par le calcul de l'écart normalisé En maxi (voir formule ci-dessous) sur le point 6 ppm à 15°C, ce point étant celui ayant l'écart point à point le plus important par rapport à la valeur théorique.

$$\frac{|Ecart_1 - Ecart_2|}{2 \cdot \sqrt{\left(\frac{I_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{I_2}{2}\right)^2}} < 1$$

Ecart₁ : écart lue – théorique en ppm sur essai n°1

Ecart₂ : écart lue – théorique en ppm sur essai n°2

I₁ : Incertitude en ppm sur essai 1

I₂ : Incertitude en ppm sur essai 2

L'écart normalisé est égale à 0,3. Celui-ci confirme donc la maîtrise de la méthode.

7.8 Transmetteur étalonné au H₂O₂ sur flacon verre opaque 80 ml, solution à 33% technical

Température solution (°C)	Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue sur l'appareil contrôlé (ppm)	Ecart (lue - théorique) en ppm	Incertitude (k=2) (ppm)	% erreur par rapport à la valeur théorique
Ambiante	0	0	0,0	3	0
34	490	550	60,0	34	12,2
43	900	985	85,0	61	9,4
34	490	550	60,0	34	12,2

Table 8 : Résultats du transmetteur étalonné sur flacon verre

Graph 7. Ecart de concentration par rapport à la théorique, transmetteur étalonné sur flacon verre

Analyse résultats :

Cet essai a été réalisé afin de vérifier l'interaction du H₂O₂ avec les matériaux, le transmetteur ayant été étalonné avant l'essai dans un laboratoire externe avec du H₂O₂, nous permettant ainsi de vérifier l'essai 7.2. Cet essai confirme la détérioration du H₂O₂ avec le matériau inox, les valeurs relevées sur le contenant verre étant majorées d'environ 20%.

7.9 Comparaison du transmetteur étalonné entre un laboratoire externe et Virbac sur flacon verre opaque 80 ml, solution à 33% technical

Concentration théorique à la température de la solution (ppm)	Concentration lue du laboratoire d'étalonnage (ppm)	Ecart (lue Lab - théorique) en ppm	Incertitude Lab (k=2) (ppm)	Concentration lue VIRBAC (ppm)	Ecart (lue VB - théorique) en ppm	Incertitude VB (k=2) (ppm)	Ecart normalisé En
0	0	0	0	0	0	3	0
370	400	30	26	409	39	26	0,3
740	740	0	52	815	75	49	1,0

Table 9 : Résultats comparaison entre laboratoire externe et Virbac

Graph 8. Ecart de concentration par rapport à la théorique, transmetteur étalonné sur flacon verre entre laboratoire externe et Virbac

Analyse résultats : L'écart normalisé de 1 nous alerte sur une maîtrise incorrecte du laboratoire externe qui pourrait venir du temps de stabilisation ou de la détérioration de la solution (linéarité défaillante).

8 Incertitude d'étalonnage

Liste des sources d'incertitudes

Elles seront répertoriées en incertitudes de type A et de type B.

Incertitudes de type A

A1 : Répétabilité des mesures

A2 : Reproductibilité des mesures

Ces deux composantes sont estimées à partir de l'écart type par la formule suivante :

$$u_i = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

s désigne l'écart type expérimental et n le nombre de mesures

Incertitudes de type B

B1 : Température

Incertitude de $\pm 0,5^\circ\text{C}$ qui tient compte de l'incertitude des thermomètres utilisés, de la dispersion autour de la valeur moyenne calculée et de la stabilité des mesures.

La loi est normale :

$$u_i = \text{Température} / 2$$

B2 : Titrage

Incertitude estimée à $\pm 1,5\%$ de la concentration. Elle prend en compte les sources sur les pipettes, burettes, fioles jaugées, balance, matériau de référence utilisés, de la résolution et du lissage de correction du titrateur.

La loi est normale :

$$u_i = \text{Titrage} / 2$$

B3 : Détérioration solution

Incertitude de 5 ppm sur l'écart déterminé par rapport au titrage de la solution mère 30 % et la solution après les essais et incertitude de 0,05% par rapport à la solution 3%.

La loi est supposée rectangulaire :

$$\text{Ecart Maxi} / 2\sqrt{3}$$

B4 : Lissage de la correction

Incertitude de 2 ppm sur l'écart maxi de la courbe de régression par rapport aux valeurs théoriques, avec 1 solution de 3 % à 30% de H₂O₂ et incertitude de 1 ppm sur l'écart maxi de la courbe de régression par rapport aux valeurs théoriques, avec 1 solution de 0 % à 5% de H₂O₂.

La loi est supposée rectangulaire asymétrique :

$$\text{Ecart Maxi} / \sqrt{3}$$

B5 : Limite de résolution d'affichage du détecteur en étalonnage. La loi est supposée rectangulaire.

$$u_i = \frac{\text{Limite de résolution}}{2\sqrt{3}}$$

B6 : Données constructeur. Linéarité égale à 4 % de la valeur lue (transmetteur). La loi est supposée rectangulaire asymétrique :

$$\text{Linéarité} / \sqrt{3}$$

Incertitude composée :

$$u_c = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + B_1^2 + B_2^2 + B_3^2 + B_4^2 + B_5^2 + B_6^2}$$

Incertitude élargie $U = k \cdot u_c$ avec $k = 2$.

TRANSMETTEUR								
TYPE A								
N°	Source	Valeur de l'incertitude absolue (ppm)	Valeur de l'incertitude relative (ppm)	k		u absolue (ppm)	u relatif (ppm)	u² (ppm)
1	Répétabilité des observations 5 fois	2,24		√5	2,24	1,00	0	1,00E+00
2	Reproductibilité		0,05	√10	3,16		0,02	1,71E+02
SOMME QUADRATIQUE								1,72E+02
TYPE B								
N°	Source	Valeur de l'incertitude absolue (ppm)	Valeur de l'incertitude relative (ppm)	k		u absolue (ppm)	u relatif (ppm)	u² (ppm)
1	Température	31,00		2	2	15,50		2,40E+02
2	Titrage		0,015	√3	2		0,008	3,85E+01
3	Détérioration solution	10,00		2√3	3,46	2,89		8,33E+00
4	Lissage de la correction	2		√3	1,73	1,15		1,33E+00
5	Résolution	5		2√3	3,46	1,44		2,08E+00
6	Linéarité		0,040	√3	1,73		0,023	3,65E+02
SOMME QUADRATIQUE								6,55E+02
INCERTITUDE GLOBALE PROPOSEE								57,52

Table 8 : Exemple de calcul d'incertitude pour le transmetteur avec une concentration de 827 ppm et une température de 45°C

PORTABLE								
TYPE A								
N°	Source	Valeur de l'incertitude absolue (ppm)	Valeur de l'incertitude relative (ppm)	k		u absolue (ppm)	u relatif (ppm)	u² (ppm)
1	Répétabilité des observations 5 fois	0,045		√5	2,24	0,020		4,05E-04
2	Reproductibilité	0,1		√10	3,16	0,032		1,00E-03
SOMME QUADRATIQUE								1,41E-03
TYPE B								
N°	Source	Valeur de l'incertitude absolue (ppm)	Valeur de l'incertitude relative (ppm)	k		u absolue (ppm)	u relatif (ppm)	u² (ppm)
1	Température	0,28		2	2	0,138		1,90E-02
2	Titrage		0,015	√3	2		0,008	1,92E-03
3	Détérioration solution		0,001	2√3	3,46		0,000	2,84E-06
4	Lissage de la correction	1		√3	1,73	0,577		3,33E-01
5	Résolution	0,1		2√3	3,46	0,029		8,33E-04
6	Linéarité		0,010	√3	1,73		0,006	1,14E-03
SOMME QUADRATIQUE								3,56E-01
INCERTITUDE GLOBALE PROPOSEE								1,20

Table 9 : Exemple de calcul d'incertitude pour le portable avec une concentration de 5.84 ppm et une température de 15°C

9. Conclusion

L'application de cette méthode nécessite :

- ✓ Une installation isotherme
- ✓ Une mesure exacte du titre d'H₂O₂
- ✓ Une mesure de la température de la concentration dans des conditions stables et reproductibles
- ✓ Un contenant de faible volume, afin de diminuer le temps de stabilisation et possédant un matériau compatible, par exemple le verre

opaque ou la matière plastique (PEBD, PEHD, PTFE), par contre éviter les alliages ferreux.

- ✓ Une durée de stabilisation de la solution par rapport à son environnement maîtrisé de huit heures, avant d'effectuer l'étalonnage.

L'étalonnage des sondes H₂O₂ par utilisation des propriétés physico-chimiques de l'H₂O₂ permet :

- ✓ Une meilleure maîtrise de l'étalonnage par rapport à l'étalonnage au SO₂ (correction d'environ 40%).
- ✓ Une incertitude d'étalonnage au gaz d'H₂O₂ comprise entre ±7 % à ±14% pour les transmetteurs et entre ±10% à ±60% pour les portables.

La méthode pourra être totalement maîtrisée en utilisant un instrument de référence par comparaison, ce qui permettrait de prendre en considération la détérioration possible de la solution à fortes températures.

Références

- 1 Rapport étude, cellule de développement H₂O₂ document PQR P.C4.01, Doriath Christian Novembre 2001
- 2 Saturated Vapour Pressure of Water and Hydrogen Peroxyde » G.Scatchard, G.M. Kavanagh, and L.B. Ticknor. J.AM. Chem.Soc.,74,3715 (1952)